

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220829001

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM

PROPONENTE :

NOME: T. OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA

ENDEREÇO : FOLHA 28 QUADRA 46 LOTE 01

BAIRRO : NOVA MARABÁ

CNPJ : 11.962.518/0001-22

CIDADE : MARABÁ

O município de Água Azul do Norte, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Água Azul do Norte.

Água Azul do Norte, 29 de Agosto de 2022

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
35916	DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM <i>Especificação : CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETE) - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOSX POR PLACAS DE FÓSFORO MONOCASSETE. AS DIGITALIZAÇÕES DAS IMAGENS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL POSSUEM RESOLUÇÃO DE 10⁷ PIXELS / MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES DE RAIOS-X. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 60 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM. CONSOLE DE OPERAÇÃO DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, 21 POLEGADAS, MEMÓRIA LOCAL DE 4GB, DISCO RÍGIDO LOCAL DE 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 2000 IMAGENS, LEITOR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES. PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL. GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM ETC). BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB, CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO. ROTAÇÃO / INVERSÃO DE IMAGEM. ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS. MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO. PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE. SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE. SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. PROCEDURE STEP. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO CASSETES PARA O DIGITALIZADOR DE RAIOS-X: 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 43 CM. SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOGRÁFICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 3.2, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 1 GB. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO DE TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO DE 320 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE 100 FILMES. CONEXÃO COM MODALIDADES ATRÁVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO. ESCALA DE CINZA DE 12 BITS. TRABALHA COM 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE). FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DO MESMO INCLUINDO NOBREAK DE CAPACIDADE INDICADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER ENTREGUE INSUMOS MENSAIS DE 750 FOLHAS DE 35x43 IMPRESSORA. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER NOVOS E SEM USO. REGISTROS DOS PRODUTOS OFERTADOS PERANTE ANVISA - 1</i>	serviço	36.000	MÊS	8200000,000	295200000,000

Condições de pagamento :	serviço	Total :	295200000,00
Prazo de entrega :	Á vista mensalmente		
Validade da proposta :	30 dias		
Valor por extenso :	30 dias.		
	duzentos e noventa e cinco mil e duzentos reais		

Data : 02/09/2022

T. OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA Assinado de forma digital por T. OLIVEIRA DA SILVA DE SOUZA SERVICOS:11962518000122
Data: 2022.09.02 14:19:52 -03'02'

carimbo e assinatura

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20220513001

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

RESPONSÁVEL :

NOME: JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM

PROPONENTE :

NOME: E G DE SOUZA MANUTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES

ENDEREÇO : QD 12 LOTE 15B

BAIRRO : Nova Marabá

CNPJ : 37.029.820/0001-16

CIDADE : Marabá-PA

O município de Água Azul do Norte, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Água Azul do Norte.

Água Azul do Norte, 13 de Maio de 2022

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
35916	DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM <i>Especificação: CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETE) - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOSX POR PLACAS DE FÓSFORO MONOCASSETE. AS DIGITALIZAÇÕES DAS IMAGENS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL POSSUEM RESOLUÇÃO DE 10 PIXELS / MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES DE RAIOS-X. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 60 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM. CONSOLÉ DE OPERAÇÃO DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X. POSSUI OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: MONITOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, 21 POLEGADAS, MEMÓRIA LOCAL DE 4GB, DISCO RÍGIDO LOCAL DE 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 2000 IMAGENS, LEITOR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES, PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PROCESSAMENTO MULTI-FREQUENCIAL GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB). CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO DOS PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO. ROTAÇÃO / INVERSÃO DE IMAGEM. ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE. SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE. SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO CASSETES PARA O DIGITALIZADOR DE RAIOS-X. 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 43 CM. SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 3.2, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 1 GB. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO DE TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO DE 320 DPI PARA TODAS AS IMAGENS NELA GERADAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE 100 FILMES. CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO. ESCALA DE CINZA DE 12 BITS. TRABALHA COM 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE). FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DO MESMO INCLUINDO NOBREAK DE CAPACIDADE INDICADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER ENTREGUE INSUMOS MENSIAIS DE 750 FOLHAS DE 35x43 IMPRESSORA. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER NOVOS E SEM USO. REGISTROS DOS PRODUTOS OFERTADOS PERANTE ANVISA - I</i>	CARESTREAM	36.000	MÊS	7.400,00	266.400,00

Condições de pagamento:	MEDIANTE EMPENHO	Total:	R\$ 266.400,00
Prazo de entrega:	10 DIAS UTEIS		
Validade da proposta:	180 DIAS dias		
Valor por extenso:	DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS REAIS		

Data : 30/08/2022

E G DE SOUZA
MANUTENÇÃO DE
APARELHOS
HOSPITALARES:3702
982000116

Assinado de forma digital por
E G DE SOUZA MANUTENCAO
DE APARELHOS
HOSPITALARES:370298200001
16
Dados: 2022.08.30 09:46:27
-03'00'

carimbo e assinatura

PANDORA

COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR EIRELI

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AC/ José Milhomem

Objeto: Contratação de serviço de locação de digitalizadora de imagens radiológicas. Cotação de preços No: 20220829001


PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	<p>LOCAÇÃO DE DIGITALIZADOR TIPO CR - 60PPM: CR - DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS (MONOCASSETE) - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE RAIOS-X POR PLACAS DE FÓSFORO MONOCASSETE. AS DIGITALIZAÇÕES DAS IMAGENS DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL POSSUEM RESOLUÇÃO DE 10 PIXELS / MM EM TODOS OS TAMANHOS DE CASSETES DE RAIOS-X. CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO DE 60 CASSETES / HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM. CONSOLE DE OPERAÇÃO DEDICADO À REVISÃO DE IMAGENS DIGITAIS DE RAIOS-X. POSSUI OS SERVIÇOS DE ENVIO DE IMAGENS AO SERVIDOR OU A IMPRESSORA NO PADRÃO DICOM 3.0 E TODOS OS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O PROCESSAMENTO E MANIPULAÇÃO DOS PARÂMETROS DE IMAGEM COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MONITOR LCD DE ALTA RESOLUÇÃO, 21 POLEGADAS, MEMÓRIA LOCAL DE 4GB, DISCO RÍGIDO LOCAL DE 150 GB, ARMAZENAMENTO EM DISCO LOCAL DE PELO MENOS 2000 IMAGENS, LEITOR PARA IDENTIFICAÇÃO DOS CASSETES. PROCESSAMENTO DE IMAGEM E PROCESSAMENTO EM DISCO LOCAL FREQUENCIAL. GRAVAÇÃO DE IMAGEM DICOM COM VISUALIZADOR EM MÍDIA CONECTÁVEL A ESTAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE (CD, DVD, USB, ETC). BACKUP E RESTAURAÇÃO DE IMAGENS EM MÍDIAS EXTERNAS (CD, DVD, USB). CONFIGURAÇÃO PELO USUÁRIO MULTI-PARÂMETROS DE PROCESSAMENTO POR REGIÃO ANATÔMICA DE ESTUDO. ROTAÇÃO / INVERSÃO DE IMAGEM. ALTERAÇÃO DE DENSIDADE, SENSIBILIDADE, CONTRASTE E LATITUDE DAS IMAGENS. MAGNIFICAÇÃO DA IMAGEM PARA VISUALIZAÇÃO. PROCESSAMENTO PARA ELIMINAÇÃO DAS LINHAS DE GRADE. SERVIÇO DICOM 3.0, STORAGE. SERVIÇO DICOM 3.0 PRINT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY WORKLIST MANAGEMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 STORAGE COMMITMENT. SERVIÇO DICOM 3.0 MODALITY PERFORMED PROCEDURE STEP. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO CASSETES PARA O DIGITALIZADOR DE RAIOS-X: 2 CASSETES COM PLACA DE FÓSFORO TAMANHO 35 X 43 CM, SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA DOIS TAMANHOS SIMULTÂNEOS. DENSIDADE ÓPTICA DE IMPRESSÃO DE 3.2, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 70 FILMES POR HORA NO TAMANHO 35 X 43 CM, CAPACIDADE DE MEMÓRIA DE 1 GB. IMPRESSÃO NO PADRÃO DICOM 3.0. PARA USO EM MODALIDADES MÉDICAS, COM IMPRESSÃO DE TECNOLOGIA E RESOLUÇÃO DE 320 DPI PARA TODAS AS IMAGENS. NELA GERADAS. CARREGAMENTO DOS FILMES A LUZ DO DIA EM MAGAZINE COM CAPACIDADE DE 100 FILMES. CONEXÃO COM MODALIDADES ATRAVÉS DO PROTOCOLO DICOM 3.0. CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA DENSIDADE DE CADA FILME IMPRESSO. ESCALA DE CINZA DE 12 BITS. TRABALHA COM 2 TAMANHOS DIFERENTES DE FILMES SIMULTANEAMENTE CARREGADOS NO EQUIPAMENTO (ON-LINE). FORNECIMENTO DE TODOS OS CABOS, CONECTORES, INDISPENSÁVEIS AO FUNCIONAMENTO DO MESMO INCLUINDO NOBREAK DE CAPACIDADE INDICADA PELO FABRICANTE. DEVERÁ SER ENTREGUE INSUMOS MENSIS DE 750 FOLHAS DE 35x43 IMPRESSORA. OS EQUIPAMENTOS DEVERÃO SER NOVOS E SEM USO. REGISTROS DOS PRODUTOS OFERTADOS PERANTE ANVISA</p>	Mês	36	R\$ 9.790,00	R\$ 352.440,00

RUA: TRÊS, Nº 34 – CONJ. PEDRO TEIXEIRA, COQUEIRO, BELÉM, PARÁ, CEP: 66.670-340 – CNPJ: 11.662.668/0001-10
aleleency@hotmail.com

PANDORA

COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRÚRGICO E HOSPITALAR EIRELI



R\$ 352.440,00

Belém, 01 de setembro de 2022
Validade da proposta: 180 dias;
Prazo de entrega: Imediato;
Pagamento: 30 dias

Alexandre Leancy

Alexandre Leancy
396.997.572-72
Diretor

RUA: TRÊS, Nº 34 – CONJ. PEDRO TEIXEIRA, COQUEIRO, BELÉM, PARÁ, CEP: 66.670-340 – CNPJ: 11.662.668/0001-10
aleleancy@hotmail.com